



Check List d'évaluation ou d'aide à l'observance PICC Line : réfection de pansement, manipulations et surveillance de la ligne et retrait d'un PICC Line

Etablissement	Identité de l'opérateur: <i>(en fonction de l'objectif recherché)</i>
Service	<ul style="list-style-type: none"> • Réalisé avec aide <input type="checkbox"/> • Réalisé sans aide <input type="checkbox"/>
	Etiquette patient: <i>(En fonction de l'objectif recherché : évaluation / aide ou traçabilité)</i>

AVANT LE SOIN	
Identité du patient vérifiée	<input type="checkbox"/>
Information au patient effectuée	<input type="checkbox"/>
Vérification de l'état cutané et de l'absence de signes cutanés locaux	<input type="checkbox"/>
Date de pose du PICC	
Préciser s'il s'agit d'un premier pansement (24 heures après la pose) <input type="checkbox"/>	
Date et heure de réfection du pansement: __ / __ / ____ __H__	
Graduation extériorisée du PICC (Nombre de repères) : _____	

TENUE

Tenue Soignant

Tenue professionnelle propre	<input type="checkbox"/>
OU Surblouse à usage unique non stérile	<input type="checkbox"/>
Coiffe	<input type="checkbox"/>
Masque chirurgical	<input type="checkbox"/>

Tenue Patient

Toilette réalisée au préalable	<input type="checkbox"/>
Tenue propre	<input type="checkbox"/>
Masque chirurgical (ou tête tournée du côté opposée)	<input type="checkbox"/>
Décubitus latéral (ou à défaut, dorsal) du côté du PICC avec bras en abduction	<input type="checkbox"/>
Bras largement découvert avec accès aisé	<input type="checkbox"/>

MATERIEL

Réalisation d'une Friction Hydro-Alcoolique (FHA)	<input type="checkbox"/>
Préparation du matériel stérile (Dont stabilisateur, set à pansements, gants stériles)	<input type="checkbox"/>

Le stabilisateur est un système adhésif obligatoire et adapté pour fixer le PICC en place.

DEROULEMENT DU SOIN

Réalisation d'une FHA	<input type="checkbox"/>
Retrait du pansement transparent par étirement latéral avec les deux mains (port de gants non stériles si souillures)	<input type="checkbox"/>

ATTENTION: Risque de déplacement du cathéter !!

CONSEIL: Durant le soin, pour maintenir le cathéter en place, le fixer à la peau à l'aide de bandelettes adhésives, à distance du point de ponction

Retrait du stabilisateur	<input type="checkbox"/>
Réalisation d'une FHA après retrait des gants	<input type="checkbox"/>
Port de gants stériles OU utilisation d'un set à pansement (pinces)	<input type="checkbox"/>

Si absence de souillures visibles : antiseptie large avec un antiseptique alcoolique et séchage spontané

Si présence de souillures visibles : nettoyage rinçage séchage

antiseptie large avec antiseptique alcoolique (temps de contact min.30 sec.) et séchage spontané

Réalisation d'une FHA	<input type="checkbox"/>
Port de gants stériles	<input type="checkbox"/>
Mise en place du nouveau stabilisateur <i>(Si présence de flèches, les positionner vers le point de ponction)</i>	<input type="checkbox"/>
Application d'un pansement adhésif stérile, semi-perméable et transparent	<input type="checkbox"/>

LES INCONTOURNABLES

- Réalisation d'une FHA avant toute manipulation
- Manipulation avec des compresses stériles imprégnées d'antiseptique alcoolique
- Réfection du pansement + changement du stabilisateur maximum tous les 8 jours** OU si pansement souillé / décollé
- Réalisation d'un rinçage pulsé** par au moins 3 poussées successives (seringue de 10cc de NaCl minimum) après toute injection / prélèvement sanguin
- Réalisation d'un rinçage minimum toutes les 96 heures (ou selon recommandations du fabricant) en cas de non utilisation

Critère coché = Critère réalisé

SURVEILLANCE ET TRACABILITE

Graduation extériorisée du PICC à la fin du soin (Nombre de repères) : _____	
Traçabilité de la réfection du pansement dans le dossier du patient et/ou dans le carnet de surveillance	<input type="checkbox"/>



SURVEILLANCE

A J+4, changement de la ligne principale

Cocher « OUI » si présence d'au moins un des signes d'alertes et préciser.

Pour les mesures correctrices (dépose, réfection du pansement, soins locaux) se reporter au dossier de soins et/ou au carnet de surveillance

Etablissement	<u>Date:</u>							
Service	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>							
Etiquette Patient:	<i>Si oui, préciser:</i>							
	Signature							

RETRAIT D'UN PICC Line

Identité de l'opérateur: _____ **Date et Heure de retrait:** ____ / ____ / ____ ____ H ____
(En fonction de l'objectif recherché)

Avant le soin: s'assurer qu'un médecin puisse intervenir à tout moment

Identité du patient vérifiée avant le retrait
 Information au patient effectuée

SIGNES D'ALERTE

- | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| [1] Rougeur | [5] Signes généraux d'infection (hyperthermie...) | [9] Cathéter déplacé |
| [2] Gonflement / Induration | [6] Pansement non occlusif | [10] Cathéter coudé ou fissuré |
| [3] Sensibilité du point d'insertion | [7] Pansement non perméable | [11] Cathéter obstrué |
| [4] Ecoulement au point d'infection | [8] Pansement souillé | [12] Fuite au niveau du cathéter |

TENUE

Tenue Soignant

Tenue professionnelle propre
 OU Surblouse à usage unique non stérile

Masque chirurgical avec visière ou lunettes de protection
 Gants non stériles ou gants stériles si mise en culture du PICC

Tenue Patient

Tenue propre
 Masque chirurgical (ou tête tournée du côté opposé) si mise en culture du PICC
 Installation en décubitus dorsal

DEROULEMENT DU SOIN—RETRAIT DU CATHETER

- | | |
|---|--------------------------|
| Réalisation d'une FHA | <input type="checkbox"/> |
| Retrait du pansement transparent par étirement latéral avec les deux mains | <input type="checkbox"/> |
| Retrait du stabilisateur | <input type="checkbox"/> |
| Réalisation d'une FHA | <input type="checkbox"/> |
| Port de gants adaptés (non stériles ou stériles) | <input type="checkbox"/> |
| Retrait du cathéter en tirant doucement | <input type="checkbox"/> |
| Désinfection du point de ponction avec une compresse imprégnée d'un antiseptique alcoolique | <input type="checkbox"/> |
| Compression du point de ponction | <input type="checkbox"/> |
| Application d'un pansement stérile absorbant et occlusif, laissé en place pendant une heure minimum | <input type="checkbox"/> |

MATERIEL

Réalisation d'une Friction Hydro-Alcoolique (FHA)
 Préparation du matériel sur un plan de travail préalablement nettoyé / désinfecté

SURVEILLANCE ET TRACABILITE

Vérifier l'intégralité du PICC lors du retrait (Noter la graduation et la comparer avec la graduation initiale)
 Traçabilité du retrait dans le dossier de soins