AUDIT ENDOSCOPIE

Guide de remplissage

Une fiche est à remplir par site de traitement.

Types d'endoscopes traités et services utilisateurs

Le site de traitement correspond au lieu où l'ensemble des opérations de nettoyage et désinfection est réalisé c'est-à-dire le secteur de traitement des endoscopes. Le site de traitement peut prendre en charge les endoscopes d'un service particulier ou de plusieurs services s'il s'agit d'une unité centralisée de traitement des endoscopes.

Le tableau de début de questionnaire a pour objectif de décrire le (les) type(s) d'endoscopes traités et le (les) service(s) de provenance afin de mieux connaître les différentes filières de traitement des endoscopes dans les établissements.

Comment lire le tableau ?

La provenance de l'endoscope s'intéresse au secteur qui détient l'endoscope et pas forcément au lieu de réalisation de l'endoscopie.

La rubrique « autres » peut concerner des services comme l'ORL, la pneumologie… qui détiennent des endoscopes non autoclavables avec canaux.

Exemple de remplissage d'un tableau :

Soit un site de traitement qui traite

- les endoscopes digestifs du service d'endoscopie digestive,
- les fibroscopes bronchiques d'un bloc opératoire,
- les cystoscopes d'un bloc opératoire et de consultation d'urologie,
- les fibroscopes bronchiques du service de réanimation.

Le tableau sera donc rempli comme suit :

	PROVENANCE DES ENDOSCOPES (LIEUX D'UTILISATION)					
Type d'endoscope traité	**Secteur endoscopie**	**Bloc op**	**Réa**	**Consult HDJ**	**Autres**	**Total services**
digestif nb services concernés	1					1
bronchique nb services concernés		1	1			2
urologique nb services concernés		1		1		2
gynécologique nb services concernés						

1 CRITÈRE 1 Équipements pour le traitement des endoscopes

1 Un site de traitement peut disposer de plusieurs équipements pour le traitement des endoscopes donc plusieurs réponses sont possibles à cette question.

A partir du moment où il existe des pompes d'irrigation intégrées ou non au module, il s'agit d'un module semi automatisé.

N= nombre de LDE ou nombre de modules ou nombre de paillasses.

Le nombre de pompes n'est pas demandé, ni le nombre de bacs.

2 CRITÈRE 2 Procédures et protocoles

2	Le traitement manuel est réalisé sur paillasse semi-automatisée ou sur paillasse sans pompes. Une procédure peut contenir un ou plusieurs documents. Un protocole d'inactivation est nécessaire dans tous les sites de traitement des endoscopes en cas de détection d'un patient suspect ou atteint, pour tout type d'endoscope utilisé pour un acte invasif à risque. L'accessibilité du protocole sous toutes ces formes est acceptée : document papier, logiciel institutionnel de gestion documentaire... Si un seul niveau de désinfection est utilisé (intermédiaire ou de haut niveau) répondre NA.
3	Répondre NA en l'absence de LDE disponible sur le site de traitement. Questions 3a et 4a : la validation institutionnelle est en général obtenue par validation par la CME ; le CLIN est une sous-commission de la CME.

3 CRITÈRE 3 Matériels et produits

4	Cette question s'intéresse aux protocoles et non aux pratiques. Vérifier la concordance entre la fiche produit du fabricant et la procédure. Répondre NA en cas d'utilisation de produits prêt-à-l'emploi ou dans le cas de traitements n'utilisant pas de bains de produit (ex : LDE).
5	Si ce n'est pas l'acide peracétique répondre non
6	Pour certains produits, des bandelettes doivent être disponibles pour tester l'efficacité des bains de désinfectants lors de procédures manuelles de traitement des endoscopes. Répondre NA si pas de procédure manuelle utilisée en routine ou si le désinfectant utilisé ne nécessite pas de contrôle de son efficacité par des bandelettes.
7	Document disponible en format papier ou informatique en salle de traitement des endoscopes
8	L'irrigation des différents canaux doivent être réalisé à l'aide de matériel à usage unique qui évite toutes transmissions de microorganismes d'un endoscope à un autre.

4 CRITÈRE 4 Locaux

9	Un espace identifiable est facilement repérable par une personne externe au service (signalétique, code couleur...). Cet espace peut-être une paillasse, un guéridon, un chariot, une armoire... Le principe de la marche en avant reste l'idéal, toutefois les « flux distincts » ou le « non croisement des flux » propres et sales sont acceptables.
10	Est concerné par « endoscope désinfecté » tout endoscope ayant subi une désinfection de haut niveau ou de niveau intermédiaire. Exemple, un cystoscope stocké dans un champ stérile placé dans un bac (réponse 9a) La valise de transport est un mode de stockage non-conforme, donc répondre « non » aux questions 9a, 9b, 9c et 9e.